



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ANEXO II – PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Pregão Eletrônico SRP nº 19/2021 – Processo Administrativo nº 11007/2021

Pregão Eletrônico:

Processo Administrativo: 11007/2021

Objeto:

Item: 2 - AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO G (grande)

Empresa: Amédias Descartáveis LTDA

Marca: Amédias

Em referência à análise da amostra do Pregão nº __/2021, o item enviado pelo fornecedor acima, foi analisado levando-se em conta as especificações técnicas e exigências constantes na tabela do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência.

Segue abaixo o resultado da análise:

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
DOCUMENTOS TÉCNICOS	Ficha técnica e catálogo que contenham as especificações técnicas do produto para avaliação.	✓		
MATERIAIS DE CONFEÇÃO	Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar, com gramatura mínima de 50 g/m2.			
	Sem emendas, furos, rasgos ou defeito, com bordas bem acabadas com costura tipo overlock, decote redondo, com viés no acabamento.	✓		
DURABILIDADE/USABILIDADE	Descartável	✓		
FIXAÇÃO	Possui tiras costuradas no avental, com comprimento suficiente para fechamento, localizadas na região cervical e abdominal.	✓		
	Com abertura na parte posterior e sistema de ajuste com fechamento total.	✓		
	Ajustes nos punhos com elástico ou malha.	✓		
COR	Branca	✓		
TAMANHO	Tamanho G (grande), medindo no mínimo 110 cm de altura x 140 cm de largura (quando aberto), com tolerância de 15 cm para mais no tocante à largura.	✓		



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
	Mangas: 60 cm de comprimento e tolerância de 5 cm para mais, manga longa.	✓		
EMPACOTAMENTO	O produto deverá ser acondicionado em embalagem individual ou com, no máximo, 10 unidades por embalagem.	✓		
	A embalagem deverá ser hermética em material impermeável, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso.	✓		
	Há na embalagem: nome do fabricante, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro na ANVISA e gramatura.	✓		

Decidiu-se pela **APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO**, em todos os critérios, do conjunto apresentado.

Observação: Reulido tamanho único do avental, o qual atende os 2 tamanhos - M e G.

Este é o parecer.

São Paulo, 07/Dezembro/2021.

M. Furegatti
 Parecerista 1 (Assinatura e Carimbo)

Rendrica Marta Furegatti
Coordenadora - II
Enfermeira - Fiscal
COREN-SP 82.242
Matricula 721

Carla Kameda Schwendler
 Parecerista 2 (Assinatura e Carimbo)

Carla Kameda Schwendler
Coordenadora Fiscal - GEFIS
COREN-SP 215268 - Mat. 903

Cristiane
 Parecerista 3 (Assinatura e Carimbo)

James F. Pedro dos Santos
Presidente
COREN-SP 83.543-ENF



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ANEXO II – PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Pregão Eletrônico SRP nº 19/2021 – Processo Administrativo nº 11007/2021

Pregão Eletrônico:

Processo Administrativo: 11007/2021

Objeto:

Item: 3 - TOUCA HOSPITALAR DESCARTÁVEL

Empresa: *Amédia Descartáveis LTDA*

Marca: *Amédia*

Em referência à análise da amostra do Pregão nº __/2021, o item enviado pelo fornecedor acima, foi analisado levando-se em conta as especificações técnicas e exigências constantes na tabela do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência.

Segue abaixo o resultado da análise:

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
DOCUMENTOS TÉCNICOS	Ficha técnica e catálogo que contenham as especificações técnicas do produto para avaliação.	✓		
MATERIAIS DE CONFEÇÃO	Não Tecido (TNT) polipropileno 100%, Gramatura mínima de 30 g/m². Ser resistente, macio, isento de manchas, impurezas, irritantes dérmicos, propiciar conforto e utilização segura. (Analisar na ficha técnica e catálogo).	✓		
	Indicação para uso hospitalar (Analisar ficha técnica e catálogo).	✓		
DURABILIDADE/USABILIDADE	Descartável	✓		
FIXAÇÃO	Elástico em toda volta para ajuste de média pressão.	✓		
COR	Branca.	✓		
TAMANHO	Único. Medidas de 50 Cm de diâmetro interno e 52 Cm de diâmetro externo. Aceita-se variação de 2 Cm para mais e para menos.	✓		
EMPACOTAMENTO	Pacote com até 100 unidades. Embalagem hermética, impermeável, resistente, segura, de forma a manter a integridade do produto durante o armazenamento até o momento do uso.	✓		



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
	Rotulada com as seguintes informações: identificação do produto, data de fabricação, data de validade, lote, nº de registro na ANVISA e especificação da gramatura.	✓		

Decidiu-se pela **APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO**, em todos os critérios, do conjunto apresentado.

Este é o parecer.

São Paulo, 07 de dezembro / 2021.

Rêndrica Marta Furegatti
Coordenadora - II
Enfermeira - Fiscal
COREN-SP 92242
Matrícula 721
Parecerista 1 (Assinatura e Carimbo)

Karla Kamada Schwendler
Coordenadora Fiscal - GEFIS
COREN-SP 215260 - Mat. 903
Parecerista 2 (Assinatura e Carimbo)

Cristiane
Coordenadora Fiscal
COREN-SP 71930
Parecerista 3 (Assinatura e Carimbo)

James F. Pedro dos Santos
Presidente
Coren-SP 83.543-ENF



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ANEXO II – PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Pregão Eletrônico SRP nº /2021 – Processo Administrativo nº 11007/2021

Pregão Eletrônico:

Processo Administrativo: 11007/2021

Objeto:

Item: máscara cirúrgica descartável

Empresa: *Top Dex*

Marca: *Top Dex*

Em referência à análise da amostra do Pregão nº /2021, o item enviado pelo fornecedor acima, foi analisado levando-se em conta as especificações técnicas e exigências constantes na tabela do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência.

Segue abaixo o resultado da análise:

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
DOCUMENTOS TÉCNICOS	Ficha técnica e catálogo que contenham as especificações técnicas do produto para avaliação.	X		
MATERIAIS DE CONFEÇÃO	Tecido Não Tecido (TNT) para uso odonto-médico-hospitalar.	X		
	Clip nasal maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz e de fácil adaptação ao contorno do rosto.	X		
	Bordas seladas eletronicamente, sem emendas, manchas ou furos.	X		
ESPECIFICAÇÃO DE CAMADAS	Possuir três camadas independentes: uma camada interna e uma camada externa e, obrigatoriamente, um elemento filtrante (meltblown) (Verificar em ficha técnica e catálogo).	X		



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
	O elemento filtrante deve possuir eficiência de filtração de partículas (EFP) > 98% e eficiência de filtração bacteriológica (BFE) > 95% (Verificar em ficha técnica e catálogo).	X		
DURABILIDADE/USABILIDADE	Descartável.	X		
FIXAÇÃO	Apresentar elásticos resistentes e confortáveis.	X		
COR	Branca	X		
TAMANHO	Possuir formato retangular, de forma a cobrir adequadamente a área do nariz e da boca, medindo aproximadamente 18 x 10 cm quando as pregas estiverem fechadas (admite-se variação de 1 Cm, para mais ou para menos).	X		
EMPACOTAMENTO	A embalagem com até 50 unidades e de material que garanta a sua integridade. Conter minimamente a informação de registro na ANVISA e data de validade.	X		

Decidiu-se pela **APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO**, em todos os critérios, do conjunto apresentado.

Este é o parecer.

São Paulo, 07 de Dezembro 2021.

Rosângela Furgatti
Coordenadora - II
Enfermeira - Fiscal
COREN-SP 92.242
Matrícula 721
Parecerista 1 (Assinatura e Carimbo)

Cecília Kamacia Schwendler
Coordenadora Fiscal - GEEIS
COREN-SP 215268 - Mat. 903
Parecerista 2 (Assinatura e Carimbo)

Cristiane Coordenadora Fiscal
Parecerista 3 (Assinatura e Carimbo)
Coren-SP 1980

James F. Pedro dos Santos
Presidente

Coordenador Geral - ENF
COREN-SP 03.043-ENF



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

ANEXO II – PARECER DE ANÁLISE DA AMOSTRA

Pregão Eletrônico SRP nº /2021 – Processo Administrativo nº 11007/2021

Pregão Eletrônico:

Processo Administrativo: 11007/2021.

Objeto:

Item: máscara de proteção facial tipo respirador - N95/PPF-2.

Empresa: Top Desk

Marca: KSN

Em referência à análise da amostra do Pregão nº /2021, o item enviado pelo fornecedor acima, foi analisado levando-se em conta as especificações técnicas e exigências constantes na tabela do item 1.1 do Anexo I – Termo de Referência.

Segue abaixo o resultado da análise:

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
DOCUMENTOS TÉCNICOS	Ficha técnica e catálogo que contenham as especificações técnicas do produto para avaliação.	X		
MATERIAIS DE CONFEÇÃO	Máscara semifacial do tipo respirador, classe PFF2/ N95, sem válvula, de uso hospitalar (Analisar fisicamente o material, atrelando às informações da ficha técnica e catálogo).	X		
	Apresentar resistência adequada à sua finalidade, livre de partículas, fiapos, emendas, manchas e inodora.	X		
	Possuir eficiência mínima de filtração de 95% de partículas de até 0,3 micrômetros, indicada para proteção das vias respiratórias do profissional de saúde contra doenças provocadas por vírus, fungos e bactérias transmitidas por aerossóis (Analisar as informações da ficha técnica e catálogo).	X		
FIXAÇÃO	Possuir duas tiras elásticas, confortáveis e resistentes para fixação na região posterior da cabeça.	X		
	Possuir clip nasal de material maleável que permita o ajuste adequado do contorno do nariz, de fácil adaptação ao contorno do rosto permitindo conforto e vedação.	X		
	Eficiência da vedação (Realizar teste de	X		



CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SÃO PAULO

DIMENSÃO AVALIADA	ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	CONFORME		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
	vedação para análise).	✓		
COR	Branca	✓		
TAMANHO	Único. Formato de bico de pato.	✓		
EMPACOTAMENTO	Embalagem individual.	✓		
	Deverão constar da embalagem do produto: o nome do fabricante, a data de fabricação, a validade do mesmo, o nº do lote, o número de registro do Certificado de Aprovação (CA).	✗		

Decidiu-se pela **APROVAÇÃO/REPROVAÇÃO**, em todos os critérios, do conjunto apresentado.

Este é o parecer.

São Paulo, 07 de Dezembro de 2021.

Randirio Marta Furegatti
Coordenadora - II
Enfermeira - Fiscal
COREN-SP 12.242
Matrícula 721

Parecerista 1 (Assinatura e Carimbo)

Janice Kamela Schwendler
Coordenadora Fiscal - GEFIS
COREN-SP 21.5288 - Mat. 903

Parecerista 2 (Assinatura e Carimbo)

Parecerista 3 (Assinatura e Carimbo)

Coordenadora Fiscal
Coren-SP 71950

James F. Pedro dos Santos
Presidente
Coren-SP 83.543-ENF